

GBW 06302 空气中异丁烷气体标准物质

名 称	编 号	物质的量分数	相对不确定度
空气中异丁烷气体标准物质	GBW 06302	$1 \times 10^{-6} \sim 100 \times 10^{-6}$	2
		$100 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-2}$	1

本标准物质用于校准气体分析仪器，评价和检验分析方法，也可作为仲裁的依据。

该标准物质采用重量法制备。在充入一定量的已知纯度的气体组分之前和之后，分别称量气瓶。充入的气体组分的重量由两次称量的重量差来确定，加入不同的气体组分配制成标准气体混合物。

混合气的浓度由下式计算：

$$x = \frac{n_i}{n}$$

x — i - C_4H_{10} 的摩尔浓度

n_i — i - C_4H_{10} 的摩尔数

n —混合物中组分的总摩尔数

该标准物质采用 4 升气瓶包装，充填压力为10MPa

使用压力下限为 1 MPa

不确定度 %

有效使用期 一年

为确保量值准确

—使用过程中严格防止采样系统的泄漏和沾污。

—气瓶应避免阳光直射，远离热源、防止撞击。

配制者 _____

校验者 _____

主 管 _____