

MRPPCNS0079物理特性与物理化学特性测量标准物质GBW（E）130079原子吸收分光光度计
检定用标准物质

GBW（E）130079原子吸收分光光度计检定用标准物质

编号	质量浓度的标准值		相对不确定度（%）
GBW(E)130079	铜 (μg/mL)	0.50	1
		1.00	
		5.00	
	镉 (ng/mL)	0.50	2
		1.00	
		3.00	
		5.00	
	氯化钠 (mg/mL)	5.0	3